

PRÉPARATION DES KITS DE **DOUBLE EXTENSION CARESITE®**

MÉTHODE AVEC KIT D'ADMINISTRATION IV



Rassemblez tout l'équipement nécessaire, tel que le kit d'extension Caresite®, le kit d'administration IV, le conteneur IV, le tampon Softa® et le bac à déchets.



Enlevez le film protecteur du site d'injection et désinfectez si nécessaire.



Retirez le capuchon protecteur du perforateur.



Insérez le perforateur verticalement, sans le tourner au moment où vous percez. L'anneau peut vous servir de guide.



- 5a Fermez le clamp à roulette et suspendez le conteneur IV au support.
- 5b Pressez la chambre compte-gouttes et remplissez de liquide jusqu'à l'anneau de la chambre compte-gouttes.



Utilisez une technique aseptique. Désinfectez les deux valves Caresite® en suivant le protocole national et/ou institutionnel.



Retirez le capuchon du connecteur patient/capuchon PrimeStop du kit d'administration IV.



Connectez le kit d'administration IV à l'une des valves Caresite®.



Ouvrez le clamp à roulette. Purgez la première des deux valves du kit d'extension et fermez le clamp à roulette.



Déconnectez le kit d'administration IV de la première valve Caresite® et connectez-le à la seconde valve Caresite®.



Ouvrez le clamp à roulette. Purgez la seconde valve du kit d'extension et fermez le clamp à roulette.



Le processus de préparation est terminé. Retirez le bouchon protecteur du kit d'extension Caresite® et connectez le kit d'extension au cathéter IV.



Commencez la thérapie par perfusion.



